



ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

ООО «Лаборатория качества» Тел.: +7(499) 34-079-34, www.Q-LAB.PRO, INFO@Q-LAB.PRO, Q-LAB@mail.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ APPENDIX

к сертификату участия в проверке квалификации
to certificate of participation in proficiency testing

№ **24031102**

(без сертификата недействительно / without certificate is not valid)

Участник / Participant: Общество с ограниченной ответственностью "Титан-Агро" / LLC "Titan-Agro"

Программа ПК / PT scheme: ККПГ - КОМБИКОРМ ПТИЧИЙ / FPG - POULTRY FEED

№ раунда / Round: ККПГ24-031 / FPG24-031

Дата выдачи / Date of issue: 17.06.2024

Страниц / Pages: 1 из 1 / 1 from 1

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS:

Наименование характеристики и метода испытаний / Parameter and testing method	Z	Интерпретация / Interpretation
Массовая доля влаги ГОСТ Р 54951-2012 / Moisture content GOST R 54951-2012	0,64	уд. / satisf.
Массовая доля сырого протеина с.в. ГОСТ 13496.4-2019 / Crude protein content dry base GOST 13496.4-2019	-0,17	уд. / satisf.
Массовая доля сырого жира с.в. ГОСТ 13496.15-2016 / Crude fat content dry base GOST 13496.15-2016	-1,20	уд. / satisf.
Массовая доля сырой клетчатки с.в. ГОСТ 31675-2012 / Crude fibre content dry base GOST 31675-2012	-1,33	уд. / satisf.
Массовая доля кальция с.в. ГОСТ 26570-95 / Calcium content dry base GOST 26570-95	0,67	уд. / satisf.
Массовая доля фосфора с.в. ГОСТ 26657-97 / Phosphorus content dry base GOST 26657-97	2,00	уд. / satisf.
Массовая доля сырой золы ГОСТ 32933-2014 / Crude ash content GOST 32933-2014	-0,62	уд. / satisf.

Полученное значение количества z-индексов позволяет интерпретировать результат в соответствии со следующими интервалами: $|z| \leq 2,00$ - указывает на удовлетворительную (уд.) характеристику функционирования и не требует выполнения действий; $2,00 < |z| < 3,00$ - указывает на сомнительную (сомн.) характеристику функционирования и требует выполнения предупреждающих действий; $|z| \geq 3,00$ - указывает на неудовлетворительную (неуд.) характеристику функционирования и требует выполнения корректирующих действий. */
The value of z-scores allows to interpret the results according to the following intervals: $|z| \leq 2,00$ - means satisfactory (satisf.) qualification and no actions required; $2,00 < |z| < 3,00$ - means doubtful (doubt.) qualification and requires preventive actions; $|z| \geq 3,00$ - means unsatisfactory (unsatisf.) qualification and requires corrective actions.*

* ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 / GOST ISO/IEC 17043-2013



Начальник отдела проверок квалификации
ООО «Лаборатория качества»
Head of PT scheme department
LLC «Quality Lab»
Кашникова Н.В. / Kashnikova N.V.